**Prasības** Ārējo automātisko defibrilatoru atbilstība prasībām publiskās vietās
**Kontrolējamais objekts** Andreja Upīša Skrīveru vidusskola
2025. gada 30. oktobris

| **Vērtējums:** | **Skaidrojumi:** |
|---|---|
| „ A ” - atbilst normatīvo aktu prasībām;<br>„ B ” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas<br>būtiski neietekmē piedāvāto MI drošumu;<br>„ C ” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var<br>būtiski ietekmēt piedāvāto MI drošumu;<br>„ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā;<br>„ X „ – prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā. | MK 481/16.07.2024. – MK 16.07.2024. noteikumi Nr. 481 „Ārējo automātisko defibrilatoru noteikumi”;<br><br>Lietotie saīsinājumi:<br>Noteikumi Nr. 557 – MK 14.08.2012. noteikumi Nr. 557 "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā" |

| **Nr. p.k.** | **Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums** | **Konstatēts** |
|---|---|---|
| 1. | Vienlaikus esošais cilvēku skaits ir vairāk par 1500 cilvēkiem (uzstāda vismaz divus defibrilatorus) | - |
| 2. | Vienlaikus esošais cilvēku skaits ir no 701 līdz 1500 cilvēkiem (uzstāda vismaz vienu defibrilatoru) | - |
| 3. | Vienlaikus esošais cilvēku skaits ir līdz 700 cilvēkiem (īpašnieks vai valdītājs defibrilatoru uzstāda brīvprātīgi) | 558 (skolēni 483, darbinieki 75) |

**Normatīvo aktu prasību vertējums**

| **Nr. p.k.** | **Prasība** | **Vērtējums** | **Normatīvā akta/ Līguma** | | **Neatbilstības novēršanas termiņš** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **numurs/ datums** | **pants, daļa, punkts** | |
| 4. | Defibrilatoru skaits atbilst prasībām | A | MK481/16. 07.2024 | 2. | |
| **Konstatēts:** Skolas telpās uzstādīts viens defibrilators. | | | | | |
| 5. | Defibrilatoru uzstādīšanu veica piegādātāja apmācīta persona | A | MK481/16. 07.2024 | 4. | |
| **Konstatēts:** Defibrilatora uzstādīšanu veica tā piegādātājs - SIA Tradintek. | | | | | |
| 6. | Publiskās vietas īpašnieks vai valdītājs nodrošina šādas prasības: | | | | |
| 6.1. | Defibrilatoru novieto sabiedrībai brīvi pieejamā vietā tā, lai to varētu nogādāt līdz cietušajam piecu minūšu laikā no negadījuma brīža | A | MK481/16. 07.2024 | 5.1. | |
| **Konstatēts:** Defibrilators uzstādīts gaitenī pie Skolas dežuranta posteņa. | | | | | |
| 6.2. | Ir izvietotas norādes par defibrilatoru atrašanās vietu, izmantojot starptautisku apzīmējumu | A | MK481/16. 07.2024 | 5.2. | |
| **Konstatēts:** Skolā ir izvietotas norādes par defibrilatoru atrašanās vietu. | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.3. | Norīkota atbildīga persona, kas atbilstoši ražotāja instrukcijai ne retāk kā reizi ceturksnī veic defibrilatora vizuālo pārbaudi un aizpilda pārbaužu dokumentāciju. Defibrilatora vizuālās pārbaudes rezultātu fiksē brīvā formā, norādot apsekošanas veicēju (vārds, uzvārds), apsekošanas vietu un datumu, kā arī konstatētās nepilnības | A | MK481/16. 07.2024 | 5.3. | |
| **Konstatēts:** Norīkota atbildīgā persona - medicīnas māsa Inta Blumberga, kura atbilstoši ražotāja instrukcijai ne retāk kā reizi ceturksnī veic defibrilatora vizuālo pārbaudi un aizpilda pārbaužu dokumentāciju - nodrošināts žurnāls, kur veic atzīmes par veiktajām pārbaudēm, pirmā pārbaude veikta oktobrī. | | | | | |
| 6.4. | Ir izvietots pirmās palīdzības komplekts (šķēres, skuveklis, cimdi, elpināšanas maska vai sejas aizsargvairogs) | A | MK481/16. 07.2024 | 5.4. | |
| **Konstatēts:** Nodrošināts pirmās palīdzības komplekts. | | | | | |
| 6.5. | Vizuālo pārbaužu dokumentāciju glabā trīs gadus | - | MK481/16. 07.2024 | 5.5. | |
| **Konstatēts:** Defibrilators uzstādīts 2025. gadā. | | | | | |
| 7. | Publiskās vietas īpašnieks vai valdītājs, kurā ir uzstādīts defibrilators, mēneša laikā no defibrilatora uzstādīšanas dienas elektroniski iesniedz Zāļu valsts aģentūrā paziņojumu par uzstādīšanu vai uzstādīšanas izmaiņām | A | MK481/16. 07.2024 | 6. | |
| **Konstatēts:** Skola 03.09.2025. elektroniski iesniegusi Zāļu valsts aģentūrā paziņojumu par defibrilatora uzstādīšanu. | | | | | |
| 8. | Publiskās vietas īpašnieks vai valdītājs nodrošina atbildīgās personas apmācību atbilstoši Noteikumi Nr. 557 prasībām | A | MK481/16. 07.2024 | 7. | |
| **Konstatēts:** Atbildīgā persona - medicīnas māsa Inta Blumberga, apguvusi atbilstošu apmācību. | | | | | |