Prasības Ārējo automātisko defibrilatoru atbilstība prasībām publiskās vietās
Kontrolējamais objekts Rīgas 80.vidusskola
2026. gada 16. marts

Vērtējums:	**Skaidrojumi:**
„ A ” - atbilst normatīvo aktu prasībām; „ B ” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē piedāvāto MI drošumu; „ C ” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt piedāvāto MI drošumu; „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā; „ X „ – prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā.	MK 481/16.07.2024. – MK 16.07.2024. noteikumi Nr. 481 „Ārējo automātisko defibrilatoru noteikumi”; Lietotie saīsinājumi: Noteikumi Nr. 557 – MK 14.08.2012. noteikumi Nr. 557 "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā"

Nr. p.k.	**Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**	**Konstatēts**
1.	Vienlaikus esošais cilvēku skaits ir vairāk par 1500 cilvēkiem (uzstāda vismaz divus defibrilatorus)	-
2.	Vienlaikus esošais cilvēku skaits ir no 701 līdz 1500 cilvēkiem (uzstāda vismaz vienu defibrilatoru)	Ir viens defibrilators - kopā aptuveni 960 cilvēki
3.	Vienlaikus esošais cilvēku skaits ir līdz 700 cilvēkiem (īpašnieks vai valdītājs defibrilatoru uzstāda brīvprātīgi)	-

Normatīvo aktu prasību vertējums

Nr. p.k.	**Prasība**	**Vērtējums**	**Normatīvā akta/ Līguma**		**Neatbilstības novēršanas termiņš**
			numurs/ datums	**pants, daļa, punkts**	
4.	Defibrilatoru skaits atbilst prasībām	A	MK481/16. 07.2024	2.	
Konstatēts: Ir viens defibrilators					
5.	Defibrilatoru uzstādīšanu veica piegādātāja apmācīta persona	A	MK481/16. 07.2024	4.	
Konstatēts: Defibrilatoru uzstādīja skolas administrācija					
6.	Publiskās vietas īpašnieks vai valdītājs nodrošina šādas prasības:				
6.1.	Defibrilatoru novieto sabiedrībai brīvi pieejamā vietā tā, lai to varētu nogādāt līdz cietušajam piecu minūšu laikā no negadījuma brīža	A	MK481/16. 07.2024	5.1.	
Konstatēts: Defibrilators uzstādīts skolas foajē 1.stāvā pie dežuranta					
6.2.	Ir izvietotas norādes par defibrilatoru atrašanās vietu, izmantojot starptautisku apzīmējumu	A	MK481/16. 07.2024	5.2.	
Konstatēts: Ir norāde					

6.3.	Norīkota atbildīga persona, kas atbilstoši ražotāja instrukcijai ne retāk kā reizi ceturksnī veic defibrilatora vizuālo pārbaudi un aizpilda pārbaužu dokumentāciju. Defibrilatora vizuālās pārbaudes rezultātu fiksē brīvā formā, norādot apsekošanas veicēju (vārds, uzvārds), apsekošanas vietu un datumu, kā arī konstatētās nepilnības	A	MK481/16.07.2024	5.3.	
Konstatēts: Ir norīkota atbildīgā persona - skolas māsa Ņina Jefremenko, tiek veiktas vizuālās pārbaudes, rezultāti dokumentēti					
6.4.	Ir izvietots pirmās palīdzības komplekts (šķēres, skuveklis, cimdi, elpināšanas maska vai sejas aizsargvairogs)	A	MK481/16.07.2024	5.4.	
Konstatēts: Ir izvietots pirmās palīdzības komplekts					
6.5.	Vizuālo pārbaužu dokumentāciju glabā trīs gadus	A	MK481/16.07.2024	5.5.	
Konstatēts: Prasība ir zināma					
7.	Publiskās vietas īpašnieks vai valdītājs, kurā ir uzstādīts defibrilators, mēneša laikā no defibrilatora uzstādīšanas dienas elektroniski iesniedz Zāļu valsts aģentūrā paziņojumu par uzstādīšanu vai uzstādīšanas izmaiņām	B	MK481/16.07.2024	6.	20.04.2026
Konstatēts: Nav iesniegts paziņojums ZVA					
8.	Publiskās vietas īpašnieks vai valdītājs nodrošina atbildīgās personas apmācību atbilstoši Noteikumi Nr. 557 prasībām	A	MK481/16.07.2024	7.	
Konstatēts: Ir apmācīta persona - skolas māsa Ņina Jefremenko					